UNIVERSITÀ di VERONA

PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60 del D.LGS. N.50/2016 per l'affidamento dell'*App. E-1722 – CIG 7316223237 Fornitura di un sistema High Performance Liquid Chromatography accoppiato a spettrometro di massa operante in modalità MS3 o superiore per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell'Università di Verona (lotto unico).*

CHIARIMENTO 01

DOMANDA

A pag 5 del Vs. CAPITOLATO TECNICO - Viene riportata la seguente caratteristica minima relativa allo spettrometro di Massa:Đu8220"La specifica di sensibilità richiesta è espressa in reserpina (ESI positive); in particolare iniettando 125 fg/uLĐdi RESERPINA, il rapporto segnale/rumore della transizione più intensa dovrà essere superiore Đ uguale a 300:1"Đ_
Si chiede a codesta amministrazione di specificare quale volume di iniezione è previsto al fine di avere Đn valore definito della quantità di reserpina iniettata

RISPOSTA

La specifica di sensibilità richiesta è espressa in reserpina (ESI positive); in particolare iniettando 2 uL di una soluzione 125 fg/uL di RESERPINA, il rapporto segnale/rumore della transizione più intensa dovrà essere superiore o uguale a 300:1.
Il volume di soluzione di reserpina da iniettare è di 2 uL.

Verona, 22.02.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Antonella Merlin

Direzione Tecnica e Logistica – U.O. Appalti
Via PARADISO 6 – 37129 VERONA | T +39 045 8425229/5221
pec ufficio.protocollo@pec.univr.it.
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234